

Số: 414.../TB-BVNĐ2

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị y tế, linh kiện phụ kiện thay thế cho thiết bị năm 2024” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Đồng 2.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Trần Minh Nhựt
 - Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế.
 - Số điện thoại: 0907.3333.24
 - Email: nhidong2.bme@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Bản giấy và file mềm excel theo mẫu phụ lục 2 đính kèm.
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ:
Phòng VT-TBYT. Địa chỉ: Số 14 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM.
- Nhận qua email: nhidong2.bme@gmail.com
- Thời gian tiếp nhận báo giá:
Từ 08h ngày 07 tháng 03 năm 2024 đến trước 16h ngày 17 tháng 03 năm 2024
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 03 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):

STT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
1	Máy cưa xương ức	Cái	01	Tay cưa tịnh tiến và phụ kiện kèm theo máy: - Công suất 250W. - Tốc độ 1-15000 vòng/phút. - Khoảng tịnh tiến 3.2mm. - Vị trí đặt pin bên trong tay cầm. - Có khóa an toàn trên tay cầm. - Vỏ máy bằng chất liệu titan, cho phép ngâm khử khuẩn bằng dung dịch có tính kiềm. - Có thể hấp tiệt khuẩn.
2	Bo xử lý tín hiệu GBF128II Assy, tương thích với máy siêu âm Hãng GE Model: Logiq S7 Expert R3	Cái	01	Bo xử lý tín hiệu GBF128II Assy, tương thích với máy siêu âm Hãng GE Model: Logiq S7 Expert R3
3	Đầu dò tổng quát, tương thích với máy siêu âm Hãng Toshiba Model: TUS-X200	Cái	01	Đầu dò tổng quát, tương thích với máy siêu âm Hãng Toshiba Model: TUS-X200
4	Tay khoan sọ não đa năng, tương thích với máy khoan Hãng Medtronic Model: IPC	Cái	01	Tay khoan sọ não đa năng, cột sống, tai mũi họng, răng hàm mặt tích hợp hệ thống động cơ ngay trên tay khoan, tạo ra lực chuyển động trực tiếp không gián đoạn. - Tốc độ: ≥ 75.000 vòng/phút - Kích thước: dài ≤ 7.77 cm; đường kính ≤ 1.65 cm - Trọng lượng: ≤ 90 g - Có thể hấp tiệt trùng

2. Bảng báo giá: Theo mẫu Phụ lục 1 đính kèm.
3. Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (bằng tiếng Việt).
4. Các thông tin khác (nếu có)

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại: 028.38295723 – 478 để tìm hiểu thêm thông tin.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 kính mời đại diện các đơn vị nộp bản báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT, VT-TBYT(KSTHAO, 02).



TS. BS. Phạm Ngọc Thạch